


TÜV Rheinland InterCert Kft.
kalibrációra vonatkozó
Döntési szabály és a védősáv szabály
alkalmazása




A TÜV Rheinland InterCert Kft. kalibráló laboratóriuma a **“Bináris állítás biztonsági sávval”** (Binary Statement with Guard Band) döntési szabályt alkalmazza, ahol a tűréshatárt egyenlőnek tekinti a kiterjesztett mérési bizonytalansággal ($W=U$). Az alkalmazott védősáv szabályt a döntéshozatalban (döntési szabály) minden esetben közvetíti az ügyfélnek a folyamatok átvizsgálása során.

Példa az ILAC-G8:09/2019 Útmutató a döntési szabályokhoz és a megfelelőségi nyilatkozatokhoz dokumentumból



A Döntési szabály alkalmazása az ILAC-G8:09/2019 útmutató példái szerint történik.

Példa a mérési bizonytalanság alkalmazására a Védősáv szabályban.



Magyarázatok:
 Application of guardband =
 a védősáv alkalmazása
 Upper limit = felső határ
 New limit = új határ
 Guardband = védősáv
 Nominal = névleges
 Lower limit = alsó határ

Budapest, 2022. november 22.

.....
Pesze Zsolt
 ügyvezető igazgató